

**MARTELLLO DEMOLITORE**

Rif.: 562-TO-900-2-VMB-01

<b>Marca:</b>	SPIT
<b>Modello:</b>	452
<b>Potenza:</b>	1,10 KW
<b>Anno produzione:</b>	
<b>Disp. Antivibranti:</b>	
<b>Dati fabbricante:</b>	Acc.: 8,8

<b>Accessorio:</b>	punta l= 250 mm
<b>Attività:</b>	demolizione
<b>Materiale:</b>	cls
<b>Annotazioni:</b>	

**Data rilievo:** 14.05.2008

**A<sub>hv</sub> m/s<sup>2</sup>:** 27,89

**VIBRAZIONI MANO/BRACCIO**
**Posizione misure:** Anteriore Sinistra

**Posizione misure:** Posteriore Destra

N.	A <sub>hwx</sub> (m/s <sup>2</sup> )	A <sub>hwy</sub> (m/s <sup>2</sup> )	A <sub>h wz</sub> (m/s <sup>2</sup> )	Vettore	N.	A <sub>hwx</sub> (m/s <sup>2</sup> )	A <sub>hwy</sub> (m/s <sup>2</sup> )	A <sub>h wz</sub> (m/s <sup>2</sup> )	Vettore + incert.
1	20,37	16,16	5,69		1	9,78	6,30	4,60	
2	18,58	18,07	6,05		2	9,10	7,04	4,86	
3	19,01	17,46	5,69		3	8,40	8,09	4,15	
<b>Media</b>	19,32	17,23	5,81		<b>Media</b>	9,10	7,14	4,54	
<b>Incert.</b>	0,94	0,98	0,21	27,89	<b>Incert.</b>	0,69	0,90	0,36	13,58

**STRUMENTAZIONE**

Strumento / Marca	Modello	Matricola	Data Taratura
Analizzatore Svantek	SVAN-948	9825	25/06/2007
Acc. Triassiale (MB) Dytran	3023M2	1634	25/06/2007
Calibratore (VIB) PCB	394C06	4114	19/04/2007

**MARTELLLO DEMOLITORE**

Rif.: 562-TO-1016-2-VMB-01

<b>Marca:</b>	SPIT
<b>Modello:</b>	452
<b>Potenza:</b>	1,10 KW
<b>Anno produzione:</b>	2006
<b>Disp. Antivibranti:</b>	
<b>Dati fabbricante:</b>	Acc.: 8,8

<b>Accessorio:</b>	punta scalpello
<b>Attività:</b>	scrostatura
<b>Materiale:</b>	intonaco
<b>Annotazioni:</b>	

**Data rilievo:** 20.11.2008

**A<sub>hv</sub> m/s<sup>2</sup>:** 13,31

**VIBRAZIONI MANO/BRACCIO**
**Posizione misure:** Anteriore Sinistra

**Posizione misure:** Posteriore Destra

N.	A <sub>hwx</sub> (m/s <sup>2</sup> )	A <sub>hwy</sub> (m/s <sup>2</sup> )	A <sub>h wz</sub> (m/s <sup>2</sup> )	Vettore	N.	A <sub>hwx</sub> (m/s <sup>2</sup> )	A <sub>hwy</sub> (m/s <sup>2</sup> )	A <sub>h wz</sub> (m/s <sup>2</sup> )	Vettore + incert.
1	5,77	6,81	8,11		1	7,86	6,62	7,24	
2	6,84	6,22	7,87		2	8,06	6,06	7,72	
3	7,57	6,38	6,31		3	7,90	7,32	6,99	
Media	6,73	6,47	7,43		Media	7,94	6,67	7,32	
Incert.	0,91	0,30	0,98	13,22	Incert.	0,11	0,63	0,37	13,31

**STRUMENTAZIONE**

Strumento / Marca	Modello	Matricola	Data Taratura
Analizzatore Svantek	SVAN-948	9825	16/07/2008
Acc. Triassiale (MB) Dytran	3023M2	1634	16/07/2008
Calibratore (VIB) PCB	394C06	4114	16/07/2008